

Łopuszno, 21.08.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018**Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w Łopusznie**

Dotyczy projektu RPSW.07.03.00-26-0004/16 „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNIE.” współfinansowany przez Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3: Infrastruktura zdrowotna i społeczna, w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie,
Łopuszno ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno
NIP: 959-135-46-21, REGON: 290415816 tel. 41 391 40 27

Ilekoć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.3
Infrastruktura zdrowotna i społeczna

Link do konkursu:

<http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/472-ogloszenie-dwuetapowego-konkursu-zamknietego-w-ramach-dzialania-7-3-infrastruktura-zdrowotna-i-spoieczna>

III. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Strona internetowa Zamawiającego: <http://www.gozłopuszno.pl/index.php/zamowienie-publiczne>
2. Baza konkurencyjności: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
- 3 Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, Łopuszno ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

- 33100000-1 - Urządzenia medyczne
- 33192120-9 Łóżka szpitalne
- 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
- 33121500-9 Elektrokardiogram
- 33124130-5 Wyroby diagnostyczne
- 38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (dowóz i wniesienie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, Łopuszno ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno) sprzętu i wyposażenia medycznego podzielona na 3 części:

CZĘŚĆ I: Dostawa łóżka medycznego/operacyjnego/zabiegowego

CZĘŚĆ II: Dostawa sprzętu medycznego

- spirometr w ilości szt. 1,
- elektrokardiogram (EKG) w ilości 1 szt.,
- sterylizator w ilości 1 szt..

CZĘŚĆ III: Dostawa wyposażenia

- waga niemowlęca w ilości 1 szt.,
- waga lekarska w ilości 5 szt.,
- waga medyczna ze wzrostomierzem w ilości 1 szt.,
- lampa zabiegowa + statyw jezdny w ilości 5 szt.,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (np. na kilka części lub jedną)

Oferty, które będą uwzględniały jedynie część zakresu danej części np. w przypadku części III Oferent wyceni: wagę lekarską, wagę niemowlęcą i lampę zabiegową ze statywem jezdny bez wyceny wagi medycznej ze wzrostomierzem – wówczas taka oferta będzie odrzucane na etapie oceny ofert)

Sprzęt medyczny i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Oferenta i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu.

Wymagany termin realizacji zamówienia dla każdej części: do 26.09.2018r.

Szczegółowa charakterystyka sprzętu:

CZĘŚĆ I Łóżko medyczne/operacyjne/zabiegowe – 1 szt.

- szerokość – w przedziale 50-60 cm
- wysokość – w przedziale 60-70 – 88-95 cm
- długość – 190-210 cm
- szerokie stosowanie m.in. w zakresie ginekologii, urologii i chirurgii,
- stawianie wysokości za pomocą siłownika elektrycznego pilotem nożnym,
- leżysko 4-segmentowe,
- pilot ręczny i nożny do regulacji,
- regulacja oparcia pleców sprężyną gazową,
- maskownica (obudowa) ramy dolnej,
- listwy boczne do mocowania wyposażenia opcjonalnego (na segmencie oparcia pleców, siedziska oraz części nożnej).
- podglówek regulowany w zakresie (w przedziale) +30-50 stopni
- pilot nożny
- podajnik podkładów ochronnych metalowy
- podparcie pod rękę wielopozycyjne

CZĘŚĆ II: sprzęt medyczny

- elektrokardiogram (EKG) w ilości 1 szt.,
- spirometr w ilości szt. 1,
- sterylizator w ilości 1 szt..

Aparat EKG wymagania:

- Aparat 12-kanalowy
- Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)
- Wymiar ekranu min. 5,7" ; min. 118 x 89 mm
- Rozdzielczość ekranu (punkty min. 640 x 480)
- Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy
- Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI
- Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą
- Wymiary (mm) – min. 330x270x74
- Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- Waga max. 4 kg (z wbudowanym akumulatorem)
- Zasilanie 115V/230V, 50Hz
- Szerokość papieru 110-120 mm
- Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB
- Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa
- Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona
- Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12
- Ilość odprowadzeń - 12
- Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12
- Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro

Detekcja kardiostymulatorów

- Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20
- Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60
- Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35
- Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines
- Filtr autoadaptacyjny
- Sygnał dźwiękowy tętna
- Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu
- Profil automatyczny
- Profil manualny
- Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika
- Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10
- Minimum 10 profili LONG
- Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej
- Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu
- Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu
- Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta

- Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia
- Możliwość rozbudowy o analizę i interpretację (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna)
- Oprogramowanie do komputerowego EKG
- Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
- Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz
- Normy bezpieczeństwa IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4, ISO 14971
- Wydajność akumulatora do 90 min
- Czas ładowania akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu)
- Klasa bezpieczeństwa II wg IEC 536
- W zestawie z wózkiem jezdnym na aparat, wyposażonym w wysięgnik na kabel pacjenta i kuwetę na akcesoria.

Spirometr wymagania:

- Ekran: kolorowy ekran dotykowy LCD
- Wymiary ekranu (mm): minimum 100 × 80
- Klawiatura: kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna; ekranowe przyciski dotykowe
- Interfejs: RS232, USB
- Wymiary (mm): min. 300 × 250 × 60
- Waga (kg): max. 4

Warunki robocze

- Temperatura otoczenia: +10°C do +40°C
- Wilgotność względna: 25% do 95%
- Ciśnienie barometryczne: 700 hPa do 1100 hPa

Drukarka

- Szerokość papieru (mm): 112 / A4 przez USB
- Typ papieru: rolka / A4 – papier biurowy
- Typ drukarki: termiczna / zewnętrzna laserowa lub atramentowa
- Rozdzielczość wydruków (dpi): 200 / 500 w osiach Y / X
- Parametry pomiarowe
- Wdech / wydech: tak / tak
- Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc
- Testy bronchoprowokacyjne: PRE/POST tak
- Spirometria swobodna: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
- Maksymalna wentylacja dowolna MVV: MVV, MVVf, MRf
- Wartości wzorcowe: GLI2012, ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977
- Pamięć zapisów: do 999
- Profile użytkownika: nieograniczona ilość

Dane techniczne

- zakres przepływu (litry/s): min. 16 l/s (wdech / wydech)

- dokładność (50 ml/s do 16 l/s): $\pm 5\text{-}7\%$ lub 50-70 ml/s (ważna większa wartość)
- zakres objętości (litry): 0,025-0,030 do 8-9 litrów
- dokładność (0,025 do 8 l): $\pm 3\%$ lub 50 ml (ważna większa wartość)
- Opór przepływu: $< 79 \text{ Pa / l/s}$

Korekcja BTPS:

- Czujnik temperatury: $+ 10^{\circ}\text{C}$ do $+ 40^{\circ}\text{C}$
- Dokładność: $\pm 3\text{-}5\%$ dla 25°C
- Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa
- Dokładność: $\pm 2\text{-}4\%$
- Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności
- Zasilanie sieciowe: 115 V / 230 V, 50 – 60 Hz, 40 VA
- Pojemność akumulatora: 90 minut
- Rozdzielczość ADC: min. 15 bitów
- Częstotliwość próbkowania: min. 1000 Hz

Klasyfikacja

- Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971
- Normy spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005
- Klasa ochronności (elektryczna): min. II zgodnie z IEC 536
- Element wchodzący w kontakt z pacjentem: BF zgodnie z IEC 601 -1
- Możliwość podłączenia do zintegrowanej platformy medycznej, umożliwiającej zbieranie danych z aparatów EKG, holterów EKG, holterów ciśnieniowych ABPM, prób wysiłkowych oraz komputerowej spirometrii
- Możliwość zastosowania ustników wielokrotnego użytku oraz jednorazowych
- Pompa kalibracyjna o pojemności 3 litry w zestawie

Sterylizator wymagania:

- Pojemność komory: min.18 litrów
- Zasilanie: 230V
- Moc min. 1500W
- Rozmiar komory: min. $\phi 230 \times 360$
- Wymiary zewnętrzne: min. 500x450x300
- Waga: max. 60 kg
- Spełniający normę PN-EN 13060+A2:2011P
- Próżnia frakcjonowana musi zapewniać całkowitą sterylizację dla różnego rodzaju wsadów: narzędzi pakowanych, niepakowanych, porowatych, plastikowych, chust chirurgicznych
- Minikomputer sterujący pracą autoklawu z ekranem LCD oraz 4 przyciskami do programowania
- Zestaw 3 tacek dla wygodnego ułożenia narzędzi
- System bezpiecznego zamknięcia drzwi oraz potrójne zabezpieczenie termiczne.
- Specjalny program do sterylizacji elementów plastikowych oraz materiałów bawełnianych
- Wbudowana drukarka do rejestracji procesów sterylizacji
- Wewnętrzny zbiornik na wodę czystą i zużytą
- Certyfikaty CE i deklarację zgodności
- Polskie menu
- 2 temperatury sterylizacji (np. 121 oraz 134 st. C)

CZĘŚĆ III: wyposażenie

- waga niemowlęca 1 szt.,
- waga lekarska 5 szt.,
- waga medyczna ze wzrostomierzem 1 szt.,
- lampa zabiegowa + statyw jezdny 5 szt.,

Lampa zabiegowa +statyw jezdny – 5 szt.

- wyposażona w statyw jezdny
- typ oświetlenia: halogenowy
- wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/CEE.
- natężenie światła w odległości 30cm: min. 120.000 lux
- temperatura barwowa: min. 3000 stopni K
- moc: min. 50W

Waga medyczna ze wzrostomierzem – 1 szt.

- obciążenie maksymalne [Max]: do 150 kg
- dokładność odczytu [d]: do 50 g
- wyświetlacz: LCD (z podświetleniem)
- średni czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: do 30 godzin
- temperatura pracy: 0 - +40 °C

Waga niemowlęca – 1 szt.

- Obciążenie maksymalne [Max]: do 15 kg
- Dokładność odczytu [d]: 2/5 g
- Temperatura pracy: 0 – +40 °C
- Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 H
- Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)
- Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym: min. do 35 godzin
- Wilgotność względna powietrza: 10÷85% RH bez kondensacji
- Masa netto: do 4 kg

Waga lekarska – 5 szt.

- Wagi przeznaczone są do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia oraz gabinetach lekarskich.
- Udźwig do 150 kg
- Działka odczytowa (d) 20g/50 g
- Działka legalizacyjna (e) 20g/50 g
- Klasa dokładności III
- Temperatura pracy 0° - 40 °C
- Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)
- Zasilanie Zewnętrzny zasilacz/ akumulatorowe
- Legalizacja - Tak

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze *Zapytanie ofertowe* - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie,
Łopuszno ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno**

Kopertę należy oznakować napisem o treści:

**Oferta dotycząca dostawy sprzętu medycznego i wyposażenia do Ośrodka Zdrowia w
Łopusznie**

z dopiskiem

„nie otwierać do dnia 30.08.2018” godz. 14:15.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 godz. 14:15.

5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zadanie zostało podzielone na IV części. Każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolną część/części.

6. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłane do Oferenta bez otwierania.

7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10 Pytania do niniejszego zapytania można zadać do 27.08.2018r. do godz. 15:00.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru, z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane na etapie podpisania umowy).

Na spełnienie tych przesłanek Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 3 do zapytania.

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 2

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (dla każdej części osobno):

Kryterium	Waga	Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto	80%	80
B. Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego	20%	20
Razem	100%	100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto

Kryterium „cena” w PLN

Cena oferty to cena brutto.

Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 80 = \text{liczba punktów}$$

B. Kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” w miesiącach:

a) znaczenie kryterium – 20%

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”

$$\text{LOG} = (\text{OG}/\text{OGmax}) \times 20$$

Gdzie:

LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” ocenianej oferty

OG – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 84 miesiące.

W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert do oceny zostanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 84 miesiące.

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* (wersja z 19.07.2017r.) w Rozdziale 6.5.2 Zasada konkurencyjności pkt. 22).

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
 - 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub innego upoważnionego podmiotu, w szczególności w zakresie m.in. sprawozdawczości;
 - 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 - a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
 - b) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:
 - 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego; wówczas Zamawiający zapłaci za dostawy już wykonane, bez płacenia za kolejne dostawy,
 - 2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy określonego w niniejszej umowie.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IX WARUNKI PŁATNOŚCI

Przewiduje się płatności cząstkowe po dostawie każdego sprzętu, wyposażenia Oferent może wystąpić do Zamawiającego o płatność. Zamawiający zapłaci za każdą część dostawy po jej odbiorze (podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego). Płatność z tytułu wykonania dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku Zamawiającemu lub osobie, wskazanej przez Zamawiającego.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania wszelkich informacji związanych z zamówieniem jest Pani Anita Zimna – tel. 41 391 40 27, e-mail: gozlopuszno@fortes.com.pl lub Pan Rafał Graczkowski – tel. 506 366 525, e-mail: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Przygotował: Rafał Graczkowski

Zatwierdził:

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie
26-070 Łopuszno, ul. Strazacka 10
tel./fax (041) 391-40-27, 391-41-40
NIP 959-135-46-21, REG. 290415816

K I E R O W N I K
SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia
lek. med. **Dariusz German**
*specjalista medycyny ogólnej
i rodzinnej ginekolog położnik*
Łopuszno, ul. Strazacka 10
2967626 tel. 041 39 14 027

